

05710-3

試験成績書

製品名 バイタルメディア トリプトソヤ寒天培地
Lot No. DZCOAU01
製造年月日 2023年10月30日
有効期限 2024年5月5日
判定日 2023年11月7日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------|----|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 | | |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 | | |
| ゼリー強度 | 500g/cm ² 以上 | 適合 | | |
| pH | 7.1~7.5 | 適合 | | |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 | | |
| 発育性能試験 | | | | |
| 試験菌株 | 規格 | 結果 | 判定 | |
| | | コロニー数 | 対照ロット比 | |
| <i>S. aureus</i> ATCC6538 | | 81 | 109 % | 適合 |
| <i>P. aeruginosa</i> ATCC9027 | コロニー数 100 CFU以下 | 21 | 55 % | 適合 |
| <i>B. subtilis</i> ATCC6633 | 対照ロット比 50%~200% | 15 | 56 % | 適合 |
| <i>C. albicans</i> ATCC10231 | | 23 | 84 % | 適合 |
| <i>A. brasiliensis</i> ATCC16404 | | 48 | 74 % | 適合 |

判定者 工藤