

05710-3

試験成績書

製品名 バイタルメディア トリプトソヤ寒天培地
Lot No. DZCP2G01
製造年月日 2024年2月16日
有効期限 2024年8月22日
判定日 2024年2月26日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定		
包装	異常を認めない	適合		
性状	異常を認めない	適合		
ゼリー強度	500g/cm ² 以上	適合		
pH	7.1~7.5	適合		
無菌試験	陰性	適合		
発育性能試験				
試験菌株	規格	結果	判定	
		コロニー数	対照ロット比	
<i>S. aureus</i> ATCC6538		15	150 %	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC9027	コロニー数 100 CFU以下	74	121 %	適合
<i>B. subtilis</i> ATCC6633	対照ロット比 50%~200%	29	112 %	適合
<i>C. albicans</i> ATCC10231		43	83 %	適合
<i>A. brasiliensis</i> ATCC16404		33	92 %	適合

判定者 工藤