

05764-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア ポテトエキスCP寒天培地

Lot No. DZH0C601

製造年月日 2023年12月6日

有効期限 2024年6月11日

判定日 2023年12月12日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	500g/cm ² 以上	適合
pH	5.4~5.8	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>C. albicans</i> ATCC10231	発育	適合
<i>A. brasiliensis</i> ATCC16404	発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	非発育	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	非発育	適合

判定者 工藤