

試験成績書

製品名 DDH マイコバクテリア '極東'

Lot No. EAAOC601

有効期限 2024年6月3日

判定日 2023年12月11日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
感度試験	規格内	適合
正確性試験	規格内	適合
同時再現性試験	規格内	適合

	発色強度	相対類似度	
<i>E. coli</i> (Blank)			適合
<i>M. bovis</i>			適合
<i>M. kansasii</i>			適合
<i>M. marinum</i>			適合
<i>M. simiae</i>			適合
<i>M. scrofulaceum</i>			適合
<i>M. gordonae</i>			適合
<i>M. szulgai</i>			適合
<i>M. avium</i>			適合
<i>M. intracellulare</i>	対照ウエル _{EL} の1.9倍以上	2ndABS相対類似度 70%以下	適合
<i>M. gastri</i>			適合
<i>M. xenopi</i>			適合
<i>M. nonchromogenicum</i>			適合
<i>M. terrae</i>			適合
<i>M. triviale</i>			適合
<i>M. fortuitum</i>			適合
<i>M. chelonae</i>			適合
<i>M. abscessus</i>			適合
<i>M. peregrinum</i>			適合

判定者 工藤