

試験成績書

製品名 酵母真菌薬剤感受性キット ASTY

Lot No. EBA02H01

有効期限 2023年8月1日

判定日 2023年2月21日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格		結果/判定	
包装	異常を認めない		適合	
性状	異常を認めない		適合	
無菌試験	陰性		適合	
感度・正確性試験	<i>C. parapsilosis</i> ATCC22019	<i>C. krusei</i> ATCC6258	適合	
	MCFG	0.25~1		0.06~0.25
	CPFG	0.25~1		0.125~1
	5-FC	0.125~0.5		8~32
	FLCZ	1~4		16~ \geq 64
	MCZ	1~4		2~8
	ITCZ	0.125~0.5		0.25~1
	VRCZ	0.03~0.25		0.125~1
	AMPH-B	0.25~1		0.5~2
	同時再現性試験	感度・正確性試験を3回繰り返すとき 規格内の結果となる		適合

判定者 工藤