

15200-01

試験成績書

製品名 スプロザイム

Lot No. ECAP1J01

有効期限 2024年11月30日

判定日 2024年1月22日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
無菌試験	陰性	適合
プロテアーゼ活性	238,000U/ﾊﾞｲﾙ以上	適合

判定者 工藤