

15200-01

## 試験成績書

製品名 スプロン

Lot No. ECAQ1701

有効期限 2025年12月12日

判定日 2025年1月8日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
無菌試験	陰性	適合
プロテアーゼ活性	238,000U/パール以上	適合

判定者 工藤