

15201-01

## 試験成績書

製品名 スプ<sup>°</sup>タサ<sup>°</sup>イム  
Lot No. ECB0C501  
有効期限 2024年11月10日  
判定日 2023年12月6日  
判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
無菌試験	陰性	適合
プロテアーゼ活性	744,000U/バ <sup>°</sup> イル以上	適合

判定者 工藤