

15201-01

試験成績書

製品名 スプ[°]タサ[°]ム
Lot No. ECBPBF01
有効期限 2025年10月12日
判定日 2024年11月19日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
無菌試験	陰性	適合
プロテアーゼ活性	744,000U/バ [°] イル以上	適合

判定者 工藤