

45100-1

試験成績書

製品名 リボテスト レジオネラ
Lot No. LEG0002
有効期限 2025年5月27日
判定日 2023年6月23日 極東製薬工業株式会社
判定 合格 茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
感度試験	陽性管理検体：陽性	適合
正確性試験	陽性管理検体：陽性	適合
	陰性管理検体：陰性	適合
同時再現性試験	正確性試験を3回繰り返すとき、 同一の結果を示す	適合

判定者 工藤