

## 試験成績書

製品名 極東 オプトパネルMP (OP1)

Lot No. OP104B01

有効期限 2024年4月5日

判定日 2023年4月25日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
表示事項	異常を認めない	適合
添付文書	異常を認めない	適合
薬剤プレート	異常を認めない	適合
無菌試験	陰性	適合
感度・正確性試験	MICが規格内であること	適合

薬剤名	<i>S. aureus</i>	<i>E. faecalis</i>	<i>E. coli</i>	<i>P. aeruginosa</i>
	ATCC29213	ATCC29212	ATCC25922	ATCC27853
PCG	0.5 ~ 2	1 ~ 4	—	—
ABPC	0.5 ~ 2	0.5 ~ 2	2 ~ 8	—
PIPC	≦ 4	≦ 4	≦ 4	≦ 8
ABPC/SBT (2 : 1)	—	—	2/1 ~ 8/4	—
CTM	—	—	—	—
CTX	1 ~ 4	—	≦ 0.5	8 ~ 32
CPZ/SBT (2 : 1)	—	—	—	—
CAZ	4 ~ 16	—	≦ 0.5	1 ~ 4
CDTR	0.25 ~ 2	—	0.12 ~ 1	—
IPM	≦ 0.12	0.5 ~ 4	≦ 0.25	1 ~ 4
MEPM	≦ 0.12	4 ~ 8	≦ 0.12	0.12 ~ 1
GM	≦ 1	4 ~ 16	≦ 1	≦ 2
EM	0.25 ~ 1	—	—	—
CLDM	≦ 0.25	4 ≦	—	—
MINO	≦ 0.5	1 ~ 4	0.25 ~ 1	—
LVFX	≦ 0.5	≦ 2	≦ 0.5	0.5 ~ 4

同時再現性試験 感度・正確性試験を3回繰り返すとき、いずれも規格に適合する 適合

判定者 工藤