

## 試験成績書

製品名 フロスミック RGM

Lot No. RGMOC701

有効期限 2024年5月20日

判定日 2023年12月11日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格				結果/判定
包装	異常を認めない				適合
性状	異常を認めない				適合
無菌試験	陰性				適合
感度・正確性試験	MICが規格内であること				適合
	<i>M. peregrinum</i>	<i>S. aureus</i>	<i>E. faecalis</i>	<i>P. aeruginosa</i>	
薬剤名	ATCC700686	ATCC29213	ATCC29212	ATCC27853	
AMK	≤4	≤4	≥64	≤4	
TOB	2~8	≤1	≥8	≤1	
IPM	2~16	≤2	≤2	≤4	
FRPM	—	≤2	—	—	
LVFX	—	≤1	≤2	≤4	
MFLX	≤0.25	≤0.25	≤0.5	1~8	
AZM	—	0.5~2	—	—	
CAM*	0.06~0.5	0.125~0.5	—	—	
ST	4.8/0.25~38/2	≤9.5/0.5	≤9.5/0.5	≥152/8	
DOXY	≤0.5	≤0.5	2~8	—	
MEPM	2~16	≤2	2~8	≤2	
LZD	1~8	1~4	1~4	—	
CLF	—	—	—	—	
STFX	—	—	—	—	
同時再現性試験	感度・正確性試験を3回繰り返す時、全て規格に適合する				適合

\* : *M. peregrinum* ATCC700686 のMICレンジは14日目の判定

判定者 工藤