

10100-1

試験成績書

製品名 ブロスマック SGM

Lot No. SGMP2R01

有効期限 2025年2月21日

判定日 2024年3月14日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
無菌試験	陰性	適合
感度・正確性試験	MICが規格内であること	適合
	<i>M. marinum</i>	
薬剤名	ATCC927	
AMK	≤ 8	
CAM	0.5~2.0	
DOXY	1~8	
LZD	$\leq 2 \sim 4$	
MFLX	0.5~4	
RBT	$\leq 0.25 \sim 0.5$	
RFP	$\leq 0.5 \sim 2$	
同時再現性試験	感度・正確性試験を3回繰り返す時、全て規格に適合する	適合

判定者 工藤